

東 華 醫 院

健康台灣深耕計畫

公開取得報價單／企劃書公告

一、本院資訊

本院名稱：	東華醫院
本院地址：	557 南投縣竹山鎮集山路三段 272 巷 16 號
聯絡人：	深耕計畫採購小組
聯絡電話：	0912852592
電子信箱：	dhhtspg@gmail.com

二、採購案基本資料

採購案名：	東華醫院
採購性質：	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 財物 <input type="checkbox"/> 勞務
採購方式：	公開取得報價單／企劃書

三、採購標的內容

標的說明：	射頻治療系統
標的案號：	DH-HTS114115-PI-0010
規格／數量：	<p>需求數量：1 組</p> <p>一、主機技術規格：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 主機重量：$\leq 5\text{ kg}$，2. 螢幕形式：≥ 8.4 吋彩色觸控螢幕3. 電力規格：100~240Vac, 50~60Hz4. 輸出功率：最高可達 320W5. 操作頻率：電容及電阻模式皆須涵蓋 480

- ~520 kHz，且頻率可依使用者需求自行調整
- 6. 強度可調範圍：1 ~ 100%，且強度設定須以 1% 為級距調整功率輸出
 - 7. 輸出模式：continuous 、 Pulsed（使用者須可任意調整不同佔空比）
 - 8. 具動態阻抗控制功能(Dynamic Impedance Control)，當移動治療探頭時，能計算由病患身上測得的阻抗並即時調整輸出能量，以避免灼傷病患
 - 9. 電容式(Capacitive)治療探頭可治療淺層肌肉組織，並具 20mm、30mm、50mm、70mm 四種尺寸之電極板，以應付大小不同的患部。
 - 10. 電阻式(Resistive) 治療探頭可治療深層肌肉組織，並具 20mm、30mm、50mm、70mm 四種尺寸之電極板，以應付大小不同的患部。
 - 11. 能量輸出電極：電容式(Capacitive)、電阻式(Resistive)及中性(Neutral)電極三種
 - 12. 具原廠配置且有衛福部許可之拋棄式電極貼片，以方便固定式治療時使用
 - 13. 治療探頭(applicator)於發射能量治療時具燈光顯示，可於治療中時時確認能量使否處於發射狀態

二、功能、效益

- 1. 本產品是一種以射頻電流與生物結構相互作用的非侵入性治療方法。射頻電流通過應用電極接觸面傳遞到身體。電流的消散導致選擇性組織溫度升高以達到並緩解疼痛、減輕肌張力、增加局部血液循環和減輕水腫等效果。本產品僅適用於成人
- 2. 具備以身體部位圖形為標示之導航模式使尋找合適之治療設定更簡易

3. 具八組 Quick Protocol 一次呈現於螢幕上，以快速執行常見之治療方案，並可隨時變更其中的治療方案之位置及內容
4. 內建至少 30 組疾病治療方案
5. 為節省治療時間並增加治療自由度，具固定式治療方式

三、 要求事項

1. 具原廠配置且有衛福部許可之拋棄式電極貼片，以方便固定式治療時使用
2. 治療探頭(applicator)於發射能量治療時具燈光顯示，可於治療中時時確認能量使否處於發射狀態
3. 內建推車，具五個附閘門抽屜，四輪具鎖定功能，
4. 隨附原廠觸控筆以方便操作
5. 內建繁體中文、英文軟體操作介面
6. 開機可設定密碼保護，避免非專業人員操作

四、 治療系統須包含

1. 主機一部
2. 電容式、電阻式治療探頭、中性電極導線各一組
3. 電容式、電阻式治療探頭各含專用 20mm、30mm、50mm、70mm 四種尺寸之電極板(共八組)
4. 原廠推車一組
5. 重複使用式中性電極板一組
6. 原廠觸控筆一隻
7. 1000ml RF cream 一罐
8. 固定式治療用電極導線一組
9. 固定式治療用原廠配置拋棄式電極貼片盒

配合事項：

- (1) 於醫院指定地點安裝驗收
- (2) 教育訓練

需完成日期：

訂約後日曆日 30 日

四、投標廠商基本資格

合法登記：	依法登記立案且具有辦理與本案相關項目之公司、行號及其他經政府立案設立許可法人、機構及團體，備公司登記證明文件、商業登記證明文件或政府立案證明文件、最近一期完稅及信用證明。
法規要求：	無政府採購法第 103 條情事
相關證件：	衛生署或衛福部核發之醫療器材許可證明文件
其他資格：	醫療器材販賣許可執照影本

五、廠商應檢附資料(文件依下列順序排列)

報價單

企劃書

公司登記證

財務資料

履約能力證明

其他：衛生署或衛福部核發之醫療器材許可證明文件醫療器材販賣許可執照影本

六、投標方式與期限

投標方式： 郵寄 親送 Email

提交地點：557922 竹山郵局第 95 號信箱

截止時間：114 年 12 月 29 日

請注意需使用網頁中附件「投遞封面標準格式」

七、其他注意事項

1. 投標疑義請於截止日前提出
2. 本院保留採否決標權

公告日期

中華民國 114 年 12 月 15 日