

# 東 華 醫 院

## 健康台灣深耕計畫

### 公開取得報價單／企劃書公告

#### 一、本院資訊

|       |  |
|-------|--|
| 本院名稱： | 東華醫院   |
| 本院地址： | 557 南投縣竹山鎮集山路三段 272 巷 16 號                               |
| 聯絡人：  | 深耕計畫採購小組   |
| 聯絡電話： | 0912852592   |
| 電子信箱： | <a href="mailto:dhhtspg@gmail.com">dhhtspg@gmail.com</a> |

#### 二、採購案基本資料

|       |  |
|-------|--|
| 採購案名： | 東華醫院   |
| 採購性質： | <input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 財物 <b>租賃</b> <input type="checkbox"/> 勞務 |
| 採購方式： | 公開取得報價單／企劃書  |

#### 三、採購標的內容

|        |  |
|--------|--|
| 標的說明：  | 骨質密度掃描儀租賃計畫  |
| 標的案號：  | DH-HTS114115-PI-0013   |
| 規格／數量： | <p>需求數量：1 組<br/>租賃期間：12 個月</p> <p>一、 詳細規格及功能說明：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 掃描台最大承重<math>\geq</math>200KG</li><li>2. X 光管球</li></ol> <p>(1) 連續式雙能量 X 光或脈衝式雙能量 X 光</p> |

- (2) 電流  $\geq 2.5\text{mA}$
- 3. Detector(偵檢器):  $\geq 64$  Channel
- 4. 掃描方式:
  - (1) Fan Beam 扇形射束掃描
- 5. 具品質確認功能
  - (1) Automatic calibration 自動掃描校正
  - (2) Automatic quality control 自動品質控制
  - (3) Daily Phantom scanning 每日假體掃描
- 6. Clinical Applications 臨床應用
  - (1) AP L-spine 前後位腰椎掃描  $\leq 40$  秒
  - (2) 前臂掃描
  - (3) 單側髋關節掃描  $\leq 40$  秒
  - (4) Total Body 全身掃描  $\leq 6$  分鐘
  - (5) 全身脂肪與瘦肉比例測量與計算
  - (6) 小兒科脊椎、股骨及前臂掃描及分析
  - (7) 小兒科全身組成掃描及分析
- 7. Software analysis technique 軟體分析技術
  - (1) Auto-Analysis 自動分析
  - (2) Spine measurement and analysis 脊椎掃描分析
  - (3) Forearm measurement and analysis 前臂掃描分析
  - (4) Femur measurement and analysis 股骨掃描分析
  - (5) Dual Femur measurement and analysis 雙側股骨掃描分析
  - (6) Total Body measurement and analysis 全身骨密度掃描分析
  - (7) Body Composition Analysis 全身體組成分析
  - (8) Visceral Fat Assessment 內臟脂肪

|        |   |
|--------|---|
|        | <p>分析</p> <p>(9) 髋關節結構分析</p> <p>(10) 可評量局部及全身骨質密度。脂肪組織質量、局部及全身軟組織質量、全身及局部脂肪比、身體質量指數、全身肌肉比率、肥胖指數(FMI)、瘦肉指數(LMI)及身體質量指數(BMI)，並顯示值報告。</p> <p>(11) 可計算 10 年骨折風險概率</p> <p>(12) 資料庫參考值：白人、黑人、亞洲人、NHANES/USA 等多種資料庫參考值。</p> <p>(13) 不同部位檢查報告可整合成一頁。</p> <p>8. DICOM and DICOM Work list:</p> <p>(1) 需與機關所使用之 PACS、HIS 連接。</p> <p>9. 控制台電腦</p> <p>(1) 中央處理器：依原廠最新規格配置</p> <p>(2) 記憶體：<math>\geq 32\text{GB}</math>(或以上)</p> <p>(3) 硬碟機：<math>\geq 500\text{GB}</math>(或以上)</p> <p>(4) DVD 光碟燒錄機</p> <p>(5) Monitor <math>\geq 19</math> 吋(或以上)彩色液晶螢幕 1 台</p> <p>(6) Windows 10 作業系統</p> <p>(7) 電腦主機內建網路卡音效卡</p> |
| 配合事項：  | (1) 於醫院指定地點安裝驗收<br>(2) 教育訓練   |
| 需完成日期： | 訂約後日曆日 30 日   |

#### 四、投標廠商基本資格

|       |   |
|-------|---|
| 合法登記： | 依法登記立案且具有辦理與本案相關項目之公司、行號及其他經政府立案設立許可法人、機構及團體，備公司登記證明文件、商業登記證明文件或政府立案證明文件、最近一期完稅及信用證明。 |
|-------|---|

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 法規要求： | 無政府採購法第 103 條情事      |
| 相關證件： | 衛生署或衛福部核發之醫療器材許可證明文件 |
| 其他資格： | 醫療器材販賣許可執照影本         |

## 五、 廠商應檢附資料(文件依下列順序排列)

- 報價單
- 企劃書
- 公司登記證
- 財務資料
- 履約能力證明
- 其他：衛生署或衛福部核發之醫療器材許可證明文件醫療器材販賣許可執照影本

## 六、 投標方式與期限

投標方式： 郵寄  親送  Email

提交地點：557922 竹山郵局第 95 號信箱

截止時間：114 年 12 月 29 日

請注意需使用網頁中附件「投遞封面標準格式」

## 七、 其他注意事項

1. 投標疑義請於截止日前提出
2. 本院保留採否決標權

## 公告日期

中華民國 114 年 12 月 15 日